



UNIWERSYTET MEDYCZNY w LUBLINIE

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Fax: 48 (81) 528-89-18

Kanclerz

tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kanclerza

tel. 48 (81) 528-88-47

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Z-ca Kanclerza - Kwestor

tel. 48 (81) 528-88-44



Projekt: Wyposażenie innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami stosowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych; Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Priorytet I, Działanie I.3

UM-ZP-262-5/10

Lublin, dnia 04.02.2010 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż spektrometrów. Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U./S S7 z dnia 12.01.2010 poz. 7531-2010-PL.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie udziela wyjaśnień na następujące pytania dotyczące **zadania nr 6:**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru, w którym źródłem światła jest lampa deuterowa (dla zakresu UV) oraz lampa wolframowa (dla zakresu Vis)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru w którym źródłem światła jest lampa deuterowa i wolframowa oraz spełnione są pozostałe wymogi specyfikacji. Jednak rozwiązanie oparte na 1 źródle którym jest lampa xenonowa będzie wyżej punktowane.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru z oprogramowaniem w języku angielskim, z bardzo intuicyjnym oprogramowaniem, pozwalającym na obsługę urządzenia bez znajomości języka angielskiego. Dodatkowo wraz ze spektrofotometrem dostarczona jest instrukcja obsługi w jęz. polskim?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru z oprogramowaniem w języku angielskim pod warunkiem dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz tłumaczenia części dotyczącej oprogramowania w postaci wystarczającej do obsługi i analizy.

3. Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie „konfiguracja oferowanego komputera i drukarki”? Za jakie rozwiązanie Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów?

Odpowiedź: Konfiguracja oferowanego komputera będzie analizowana i oceniana w zależności i w porównaniu z konfiguracjami komputerów innych oferentów - najlepsza oferowana konfiguracja otrzyma największą ilość punktów, najgorsza - najmniej; uwzględniana też będzie konfiguracja w odniesieniu do obecnego poziomu techniki.

4. Proszę o doprecyzowanie czy w przypadku punktu 17 opisu technicznego, Zamawiający przyzna 7 pkt. za zaoferowanie dostarczenia zmiennicza wraz ze spektrofotometrem czy też za możliwość zakupu i zastosowania zmiennicza próbek w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy zmiennicza za który oferent otrzyma 7 pkt. Brak dostawy zmiennicza = 0 pkt. ale oferta nie będzie odrzucona.

5. Proszę o doprecyzowanie na jakiej zasadzie Zamawiający będzie punktował lokalizację serwisu (punkt 7 arkusza: „warunki gwarancji“)?

Odpowiedź: Najkorzystniejsza lokalizacja serwisu = najbliższej Zamawiającego. Wynika to z łatwości nawiązywania kontaktów serwisowych, rozwiązywania problemów, doradztwa technicznego, szybkiej interwencji w razie awarii oraz niższych kosztów dojazdu do serwisowania.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ewa Abramek

AW