



UNIwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, al. Raławickie 1

Fax: 48 (81) 528-89-18

Kanclerz

tel. 48 (81) 528-88-88

Zastępca Kanclerza

tel. 48 (81) 528-88-47

INTERNET: <http://www.umlub.pl>

Z-ca Kanclerza - Kwestor

tel. 48 (81) 528-88-44



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt: Wyposażenie innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami stosowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych; Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Priorytet I, Działanie I.3

UM-ZP-262-5/10

Lublin, dnia 16.02.2010 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż spektrometrów. Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U./S S7 z dnia 12.01.2010 poz. 7531-2010-PL.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie udziela wyjaśnień na następujące pytania dotyczące **zadania nr 6:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza spektrofotometr sterowany tylko z poziomu komputera zewnętrznego? Nasze oprogramowanie sterujące (pomimo swoich zaawansowanych możliwości) umożliwia także rutynową, prostą pracę na spektrofotometrze poprzez kilka klawiszy funkcyjnych umożliwiających ustawienie parametrów pomiaru, spektrofotometru, pomiar próby referencyjnej oraz pomiar próby badanej)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania spektrofotometru obsługiwanego tylko z poziomu komputera zewnętrznego. Byłaby to zasadnicza zmiana warunków zawartych w p 14, 22 zestawienia parametrów.

2. Czy Zamawiający może doprecyzować „możliwość termostatowania próbek badanych i odniesienia do min. 50 st. C”. Czy spektrofotometr ma być już wyposażony w takie termostatowanie, czy też ma mieć możliwość późniejszej rozbudowy?

Odpowiedź: W p 12 i 13 jednoznacznie stwierdzono, że Zamawiający oczekuje jako warunek konieczny w ramach oferty dostawy urządzenia z termostatowaniem próbki badanej i odniesienia.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

KANCLERZ
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Ewa Abramek